



Environmental Services
Tel. +39 070 247494/7
Fax. +39 070 247496
Tx 334521-322202

RAPPORTO DI PROVA N. CA/SSE/ 13595

Dati identificativi

Pagina 1 di 5

Data emissione: 19/04/16 Committente: SYNDIAL S.p.A.
Località Marinella
Porto Torres (SS)

Sigla campione: CA16-01144.016-017-018-019-035-036-037-038-054-055-056

Tipo di intervento: Campionamento ed analisi emissioni in atmosfera da flussi gassosi convogliati

Località: Stabilimento SYNDIAL Loc. Marinella - Porto Torres (SS)

Punto di campionamento: E1 TAF4 (rif. Verbale di campionamento 07042016CAV/16)

Data rilievi: 07/04/16

Campionamento: A cura di ns. tecnici (Cavaglieri-Masala) (Rif. Piano di campionamento 07042016CAV/16)

Data Inizio Prove: 07/04/16
Data Fine Prove: 08/04/16

Il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno tratti dalla Società per più di un mese.

SGS Italia S.p.A. | Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italy t + 39 02 739 31 f + 39 02 701 24 630 e sgs.italy@sgs.com www.sgsgroup.it

Membri del gruppo SGS

Sede Legale: Milano – Via Caldera, 21 Cap. Soc. € 2.500.000 i.v. C.F./N. Iscr. Reg. Impr. di Milano 04112680378 P.IVA n. 11370520154

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 13595

Pagina 2 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

| Prova N°1 ore 10:45 | Metodo | Unità di misura | Risultato |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Portata secca dei fumi | UNI 10169:2001 | Nm ³ /h | <326 |
| Velocità dei fumi | UNI 10169:2001 | m/s | <3 |

| Parametri fluidodinamici alle ore 10:45 | Metodo | Unità di misura | Risultato |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| Diametro del condotto | UNI 10169:2001 | cm | 20 |
| Sezione del condotto | UNI 10169:2001 | m ² | 0,031 |
| Temperatura dei fumi | UNI 10169:2001 | °C | 19,1 |
| Umidità | UNI 10169:2001 | % | 0,5 |
| Massa volumica dei fumi | UNI 10169:2001 | Kg/m ³ | 1,1573 |
| Massa molecolare media | UNI 10169:2001 | Kg/Kmole | 27,95 |
| Pressione atmosferica | UNI 10169:2001 | hPa | 1.006 |

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

| Prova N°1 | Metodo | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Flusso di massa (g/h) | Limite Flusso di massa (g/h) | Limite Risultato (mg/Nm ³) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| 1,1,1-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1-Dicloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| 1,1-Dicloroetilene (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| 1,2,3-Tricloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Cloroformio | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tricloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Benzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Etilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| Stirene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Toluene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 600 | 4000 |
| m-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| p-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| o-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| 1,2-Dicloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Fenolo (*) | NIOSH 2546:1994 | mg/Nm ³ | < 0,2 | | < 0,1 | 20 | 100 |

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 13595

Pagina 3 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

| Prova N°2 ore 11:45 | Metodo | Unità di misura | Risultato |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Portata secca dei fumi | UNI 10169:2001 | Nm ³ /h | <293 |
| Velocità dei fumi | UNI 10169:2001 | m/s | <3 |

| Parametri fluidodinamici alle ore 11:45 | Metodo | Unità di misura | Risultato |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| Diametro del condotto | UNI 10169:2001 | cm | 20 |
| Sezione del condotto | UNI 10169:2001 | m ² | 0,031 |
| Temperatura dei fumi | UNI 10169:2001 | °C | 19,1 |
| Massa volumica dei fumi | UNI 10169:2001 | Kg/m ³ | 1,1593 |
| Massa molecolare media | UNI 10169:2001 | Kg/Kmole | 28,00 |
| Pressione atmosferica | UNI 10169:2001 | hPa | 1.006 |

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

| Prova N°2 | Metodo | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Flusso di massa (g/h) | Limite Flusso di massa (g/h) | Limite Risultato (mg/Nm ³) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| 1,1,1-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1-Dicloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| 1,1-Dicloroetilene (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| 1,2,3-Tricloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Cloroformio | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tricloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Benzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Etilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| Stirene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Toluene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 600 | 4000 |
| m-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| p-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| o-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| 1,2-Dicloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Fenolo (*) | NIOSH 2546:1994 | mg/Nm ³ | < 0,2 | | < 0,1 | 20 | 100 |

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 13595

Pagina 4 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

| Prova N°3 ore 12:45 | Metodo | Unità di misura | Risultato |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Portata secca dei fumi | UNI 10169:2001 | Nm ³ /h | <326 |
| Velocità dei fumi | UNI 10169:2001 | m/s | <3 |

| Parametri fluidodinamici alle ore 12:45 | Metodo | Unità di misura | Risultato |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| Diametro del condotto | UNI 10169:2001 | cm | 20 |
| Sezione del condotto | UNI 10169:2001 | m ² | 0,031 |
| Temperatura dei fumi | UNI 10169:2001 | °C | 19,0 |
| Massa volumica dei fumi | UNI 10169:2001 | Kg/m ³ | 1,1597 |
| Massa molecolare media | UNI 10169:2001 | Kg/Kmole | 28,00 |
| Pressione atmosferica | UNI 10169:2001 | hPa | 1.006 |

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

| Prova N°3 | Metodo | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Flusso di massa (g/h) | Limite Flusso di massa (g/h) | Limite Risultato (mg/Nm ³) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| 1,1,1-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1-Dicloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| 1,1-Dicloroetilene (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| 1,2,3-Tricloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Cloroformio | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tricloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Benzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Etilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| Stirene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Toluene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 600 | 4000 |
| m-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| p-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| o-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| 1,2-Dicloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Fenolo (*) | NIOSH 2546:1994 | mg/Nm ³ | < 0,2 | | < 0,1 | 20 | 100 |

| Valori medi delle 3 prove | Metodo | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Flusso di massa (g/h) | Limite Flusso di massa (g/h) | Limite Risultato (mg/Nm ³) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| 1,1,1-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1,2-Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,1-Dicloroetano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| 1,1-Dicloroetilene (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| 1,2,3-Tricloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| 1,2-Dicloropropano (*) | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Cloroformio | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Tricloroetilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 20 | 100 |
| Benzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Etilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | n.a. | n.a. |
| Stirene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 2000 |
| Toluene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 600 | 4000 |
| m-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| p-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| o-Xilene | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 150 | 4000 |
| 1,2-Dicloroetano | UNI EN 13649:2002 | mg/Nm ³ | < 0,3 | | < 0,1 | 5 | 25 |
| Fenolo (*) | NIOSH 2546:1994 | mg/Nm ³ | < 0,2 | | < 0,1 | 20 | 100 |

| Orari campionamento | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Prova | Orario | |
| | Inizio | Fine |
| Composti organici volatili (1° prova) | 10:45 | 11:45 |
| Fenolo (1° prova) | 10:45 | 11:45 |
| Composti organici volatili (2° prova) | 11:45 | 12:45 |
| Fenolo (2° prova) | 11:45 | 12:45 |
| Composti organici volatili (3° prova) | 12:45 | 13:45 |
| Fenolo (3° prova) | 12:45 | 13:45 |

(*) Prova non accreditata ACCREDIA

n.a.: Non applicabile

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

Limite: D.Lgs.152:2006 - Parte V - Allegato 1

Tutte le concentrazioni sono riferite ai fumi secchi ed alle condizioni normali

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto soltanto per intero.

Project Agent: Roberto Mura

Head of Laboratory

Dr. Alessandro Loi

Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro e
Oristano/92014250929IT